

## **ANEXO I**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA MANTENIMIENTO DE MESA DE ANESTESIA**

**REGLÓN 01: 1 (UN) Mantenimiento preventivo que incluya repuestos y mano de obra para Mesa de Anestesia Marca: Drager Modelo: Fabius Plus con multiparamétrico Infinity Vista:**

Cambio de Celda de oxígeno.

Kit de Mantenimiento completo para mesa de anestesia que incluya batería interna mesa de anestesia.

Cambio de batería monitor multiparamétrico Drager Infinity Vista.

Chequeo integral del equipo y pruebas de funcionamiento, evaluación del estado general, calibración de parámetros, puesta a punto del equipo.

**Deberá entregar informe final del estado del equipo y su apto para uso.**

**Todas las especificaciones técnicas, medidas y valores indicados en este pliego, se detallan solamente a modo de referencia o ejemplo indicativo no siendo en ningún caso condición excluyente para ninguna de las ofertas realizadas por las distintas empresas.**

Bioing Matías Papini  
Hospital Universitario  
Firmado Digitalmente